



附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 
	职称： 主任医师
	工作单位： 郑州市第八人民医院
项目信息	项目名称： 西门子CT、MR维修配件
	供应商名称： 西博医疗科技有限公司
	专业人员论证意见 CT、MR为精密医疗设备，零件制造-工艺复杂，设备厂家和厂家代理商，以及经销商，均需原厂配件，且需在售后服务工程师培训合格后，方可进行维修。 本项目材料特殊，需原厂材料。 经对比原厂零件质量优于其他厂家的。
专业人员签字 	日期 ____年__月__日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 	
	职称：副主任技师	
	工作单位：常州市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称：西门子CT、MR移机服务	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
	专业人员论证意见 考虑CT、MR中精密医疗设备，在拆除、安装工作中存在较大风险，为保证设备能正常运转，需购买专业的移机服务，建议该服务由原厂提供。	
专业人员签字		日期：2020年11月4日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 	
	职称： 工程师	
	工作单位： 常州市中医院	
项目信息	项目名称： 西门子CT、MR移机服务	
	供应商名称： 西门子医疗系统	
专业人员论证意见	CT、MR为精密医疗设备，在医院起到重要作用，因该设备在技术上的高精尖特性，存在许多核心技术此次移机项目只能由西门子原厂售后部门完成，建议采用单一来源方式采购	
专业人员签字		日期： 2020年11月20日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>张学军</u>	
	职称： <u>主任技师</u>	
	工作单位： <u>常州市城北疾病预防控制中心</u>	
项目信息	项目名称： <u>西门子CT、MR移动服务器</u>	
	供应商名称： <u>西子医疗系统有限公司</u>	
	<u>考虑到CT、MR再安装服务器技术含量高，为保证设备再安装后运行稳定，必须由原厂工程师提供服务，才能保证质量。</u>	
专业人员论证意见		
专业人员签字	<u>张学军</u>	日期 <u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>14</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨 丹	
	职称:	主任医师	
	工作单位:	常州一院	
项目信息	项目名称:	西门子CT、MR移位服务	
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司	
	专业人员论证意见	<p>该次项目具有专有技术、独占性。考虑移机过程安全风险以及移机之后机器之稳定性，原有设备之配件具有唯一地不可替代，原具有本和常用之特有专用之检测仪器。如移机过程中欲特殊情况，必须使用原厂配件更换调试，才能保障设备能够正常运行。建议流标者由原厂提供。</p>	
专业人员签字	日期	年 月 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。