

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李凯
	职称: 医师
	工作单位: 常州市妇幼保健院
项目信息	项目名称: 常州市老年病医院电子胃镜采购项目
	供应室名称: 上海远湖贸易有限公司
专业人员论证意见	<p>该镜身需与主机完全兼容, 其他品牌与现有主机无法配套使用, 为保证采购项目的一致性和售后服务配套要求的一致性, 建议采购人采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 李凯 日期 2022.8.29 </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钱岭	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 常州市中医院	
项目信息	项目名称: 常州市老年病医院电子胃镜采购项目	
	供应室名称: 上海远湖贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>考虑到目前科室主机完全兼容, 且上述厂家现有主机无法配合使用, 为保证采购项目的一致性和售后服务配合要求的一致性, 考虑到尽可能减少对医院正常业务运行的影响程度, 所以建议采购人采用单一来源方式与上海远湖贸易有限公司进行谈判。</p>	
专业人员签字	钱岭	日期

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	蒋京昌	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	常州市肿瘤医院	
项目信息	项目名称:	常州市老年病医院电子胃镜采购项目	
	供应室名称:	上海远湖贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>一、医院现用口中富士电子胃镜及奥林巴斯电子胃镜与奥林巴斯其它品牌与现有奥林巴斯系统使用。</p> <p>二、为保证采购项目的一致性和售后服务配套要求的一致性。</p> <p>三、建议采购采用单一来源方式与上海远湖贸易有限公司进行谈判采购。</p>		
专业人员签字	蒋京昌	日期	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写