

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>杨尔进</u>	
	职称： <u>主任技师</u>	
	工作单位： <u>泰州市武进区夜校中心</u>	
项目信息	项目名称： <u>西门子 CT: SOMATOM DEFINITION AS 128 球管更换维保项目</u>	
	供应商名称： <u>西门子医疗系统有限公司</u>	
	<p><u>球管精密要求高，其性能稳定性是对患者安全的重要保障，原厂配件可以确保质量和时效，从设备稳定性和安全性的角度考虑，建议采购原厂球管更换维保服务。</u></p>	
专业人员论证意见		
专业人员签字	<u>杨尔进</u>	日期 <u>21</u> 年 <u>3</u> 月 <u>4</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	许皓圆	
	职称:	主任技师	
	工作单位:	青州市肿瘤医院.	
项目信息	项目名称:	西门子CT: SOMATOM DEFINITION AS 128 球管更换维保项目	
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. 从设备型号上、明确设备型号及品牌、品牌、此次采购的品牌均为西门子7球管。</p> <p>2. 西门子设备维修配件只能从原厂获取、且原厂配件价格均比原厂维修价格机构所售的配件价格有限、因此建议该项目采购单一来源采购决策。</p>		
专业人员签字	许皓圆	日期	2022年3月4日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李凯
	职称: 政工师
项目信息	工作单位: 常州市妇幼保健院
	项目名称: 西门子 CT: SOMATOM DEFINITION AS 128 球管更换维保项目
专业人员论证意见	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员签字	日期: 2021年3月10日

又按商进行定期的维护保养、
及时的维修响应及可靠的维修配件
是保障设备运行稳定性和重要因素,
原厂工程师具有优质的维修能力,
同时原厂配件充足,质量可靠
确保了设备质量的可靠性。

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。