

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 华九人	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 常州市第二人民医院	
项目信息	项目名称: GE-DSA 维保服务项目	
	供应商名称: 常州市华东生物技术有限公司	
专业人员论证意见	<p>为尽快修复故障病人安全, 保证设备稳定安全运行, 建议购买原厂配件, 且原厂维修工程师提供快速高效的售后服务。非原厂配件不仅质量难以保证, 且维修难度大, 同时维修人员的技术水平参差不齐, 对临床工作容易造成安全隐患。综上所述, 建议采购原厂配件。</p>	
专业人员签字	华九人	日期: 2022年5月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张建中	
	职称: 教授	
	工作单位: 常州工学院	
项目信息	项目名称: GE-DSA 维保服务项目	
	供应商名称: 常州市华东生物技术有限公司	
专业人员论证意见	<p>原厂维保能够保障所提供零配件的质量及安全性,同时提供经原厂培训上岗的工程师团队、专业的检测工具及专业软件。为保障设备安全运行,建议采购原厂维保。</p>	
专业人员签字	张建中	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋红进	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 常州市武进区疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: GE-DSA 维保服务项目	
	供应商名称: 常州市华东生物技术有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次采购维保服务的设备,属于大型医疗设备,任何一个零件的工艺及关键技术操作水平都可能影响设备的正常使用和精度,从而影响治疗效果,其运行及管理维护情况直接影响着设备服务于临床治疗的水平。故建议采购单位采用单一来源采购方式购买原厂维保。</p>	
专业人员签字	蒋红进	日期 21年5月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。