



附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 常州市中医院	
项目信息	项目名称: 常州市中医医院奥林巴斯电子内窥镜 维保服务	
	供应商名称: 常州宏升医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>内窥镜属于精密的医学医疗器械, 在手术过程中直接进入人体腔道。对器械的操作步骤及安全有着很高的要求, 因此对零配件的安全性, 产品质量、维修人员的技能以及维修工具有着特别高的要求。由于对临时故障处理容易造成不可控的安全隐患, 所以建议采购人采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		日期: _____年__月__日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 高级工程师
	工作单位: 常州市儿童医院
项目信息	项目名称: 常州市中医医院奥林巴斯电子内窥镜 维保服务
	供应商名称: 常州宏升医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>内窥镜属于精密光学 医疗器械, 需进入人体体内腔道, 对其操作性能和安全性要求很高, 因此对器械的质量和安全性能 有很高的要求。</p> <p>因此只能从指定认可的 服务商: 常州宏升医疗器械有 限公司购买, 该服务商较有保障。 建议采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	 日期: 2024年5月3日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋红进
	职称: 主任技师
	工作单位: 常州市武进区疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: 常州市中医医院奥林巴斯电子内窥镜 维保服务
	供应商名称: 常州宏升医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>非奥林巴斯维修原厂不能保证所提供的零配件的质量及安全性,同时第三方维修人员的维修组装技能也是参差不齐,对临床诊疗工作有不可控的安全隐患,考虑到患者安全和风险,因此建议购买原厂维保。故建议本项目建议采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	 日期 21年5月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。