

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张学军	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 新北区疾控中心	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院腹腔镜镜头采购项目	
	供应商名称: 常州鑫都医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	因医院已有卡尔史托斯主机, 由于业务发展需要, 需采购该设备的配套腹腔镜镜头搭配原有主机使用, 且该设备属于精密光学仪器, 对设备的操作性及安全性能有很高要求。建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	张学军	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙文	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 常州市第二医院	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院腹腔镜镜头采购项目	
	供应商名称: 常州鑫都医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	常州某院使用中镜头与投标人所报镜头 镜头具有良好口碑材料合格且耐用 以及增加设备与原有设备兼容一致且售后 服务有保障,因此增加设备与品牌 应保持一致,故此次增加设备与原有 一致。	
专业人员签字	孙文	日期 2022年11月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钱军	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 常州市疾控中心	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院腹腔镜镜头采购项目	
	供应商名称: 常州鑫都医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>考虑到镜头需求与主机完全兼容, 其他品牌产品与现有主机无法配套, 为保证采购项目的统一性和售后服务的一致性, 尽可能减少对医院业务运行的影响, 因此建议采购人采用单一来源方式与常州鑫都医疗器械有限公司进行谈判。</p>	
专业人员签字	钱军	日期 2022年11月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。