

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴玲	
	职称: 副教授	
	工作单位: 常州工程职业技术学院	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院飞利浦 3.0T 核磁共振维保服务项目	
	供应商名称: 南京盈宝医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	本次维保的设备为医院高精密度设备, 技术复杂, 原厂不仅配件充足, 质量可靠, 且工程师有厂家长期的培训。第三方非原厂授权方的维修无法保障配件及维护, 为了保障医院设备正常使用, 建议采购采用单一来源方式与原厂授权公司南京盈宝医疗科技有限公司进行谈判。	
专业人员签字	吴玲	日期 2022年10月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 工程师	
	工作单位: 常州市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 常州市第二人民医院飞利浦 3.0T 核磁共振维保服务项目	
	供应商名称: 南京盈宝医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>核磁共振维保技术要求高, 风险等级高, 复杂程度高, 零部件更换操作可能对设备性能指标, 需由原厂提供维保服务. 以保障医疗质量为患者提供更安全准确的诊疗服务. 为保证与原有设备配套服务一致性. 建议采用单一来源方式采购原厂授权公司南京盈宝医疗科技有限公司谈判.</p>	
专业人员签字		日期 2022年10月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陆明洋	
	职称：主任技师	
	工作单位：常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称：常州市第二人民医院飞利浦 3.0T 核磁共振维保服务项目	
	供应商名称：南京盈宝医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>因核磁共振对维保服务的特殊性要求，第三方维保单位维护保养服务人员配备无法保证维保质量的统一性与设备安全性，且配件备件无法确保及时到达，无法保障和精准检修工具的安全与精度，无法满足该设备的临床诊疗安全稳定性要求。原厂工程师有厂家定期的技术培训和考核，具有优秀维修能力，且原厂配件充足，质量可靠。因此本项目建议采购人采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		日期 2022年10月21日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。