

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 董志	
	职称: 中级	
	工作单位: 常州市中医院	
项目信息	项目名称: 常州市武进中医医院西门子 1.5T MR 设备维保项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次拟保的设备为医院高精密度设备, 技术复杂, 原厂不仅配件充足, 而且可靠, 且原厂有厂家定期的培训, 第三方非原厂授权方的维修无法保障配件及维修, 为了保障医院设备正常运行, 建议采购人采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	董志	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 方建中	
	职称:	
	工作单位: 常州学院	
项目信息	项目名称: 常州市武进中医医院西门子 1.5T MR 设备维保项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>由于第三方维保单位人员配备, 技术专业性及零配件的资源情况都不能满足医院的要求。原厂维保在人员配备、技术专业性及维修保养工作、零配件资源等方面均能可靠保障。</p> <p>因此本次建议采购人员采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	方建中	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘大明	
	职称: 副教授	
	工作单位: 江苏城乡建设职业学院	
项目信息	项目名称: 常州市武进中医医院西门子 1.5T MR 设备维保项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	MR设备由西门子公司研发生产。 设备全部零配件也是西门子公司独立 生产,为保障医院正常工作正常开展, 尽可能减少故障风险,须由原厂 开展售后维护工作,同时维修人员 的技术水平维修工具等特别高的要求。 故建议采购人选择原厂售后服务, 与西门子医疗系统有限公司进行谈判。	
专业人员签字	刘大明	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。