

附件





单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 仇 集	
	职称: 主管药师	
	工作单位: 常州三院(退休)	
项目信息	项目名称: 常州市武进中医医院飞利浦 Ingenia3.0T CX 设备维保项目	
	供应商名称: 芜湖鼎立信医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该维修的设备为医院高精密度设备,技术复杂,对设备的操作安全性有严格的要求,对零件的安全性、正规性、质量及维修人员的技术以及维修工具有着特别的要求。故建议该设备的维修采用原厂维修,以保障医院设备的正常使用,建议采用单一来源方式与授权服务商芜湖鼎立信医疗科技有限公司进行谈判。</p>	
专业人员签字	仇 集	日期 2020年12月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位:  常州市妇幼保健院
项目信息	项目名称: 常州市武进中医医院飞利浦 Ingenia3.0T CX 设备维保项目
	供应商名称: 芜湖鼎立信医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该设备精密仪器,对设备的操作性及安全性有严格要求,为保障医疗工作的正常开展,尽可能减少故障风险,考虑原厂配件的提供能力,同时对维修人员的技术及维修工具也有较高要求,故建议采购人选择原厂售后服务,采用单一来源采购方式采购该维保服务。</p>
专业人员签字	
	日期 <u>2022年12月</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王苏建	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 常州二院	
项目信息	项目名称: 常州市武进中医医院飞利浦 Ingenia3.0T CX 设备维保项目	
	供应商名称: 芜湖鼎立信医疗科技有限公司	
	专业人员论证意见 <p>由于第三方维保单位人员的配备、技术的专业性及零配件的货源情况都不太能满足医院的要求，原厂维护在人员配备、技术专业性及维修保养、零配件货源等方面均能可靠保障。为保障医疗工作的正常开展，尽可能减少故障风险，因此本项目建议采购采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	王苏建	日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。