

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王峰</u>	
	职称: <u>教授</u>	
	工作单位: <u>常州大学</u>	
项目信息	项目名称: <u>常州市第一人民医院电子胃肠镜采购项目</u>	
	供应商名称: <u>上海远湖贸易有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>电子胃肠镜属于专业医用诊疗设备,价格昂贵,设备精度要求高,对操作性能及安全性有很高要求,考虑增配设备与原有设备兼容一致性以及售后服务便捷性,要求增配设备与原品牌应保持致,故此项目建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>王峰</u>	日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>毛诚</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>常州三院</u>	
项目信息	项目名称: 常州市第一人民医院电子胃肠镜采购项目	
	供应商名称: 上海远湖贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>因医院已有配套主机, 由于业务发展需要, 需要采购设备的配套电子胃肠镜, 由于该设备属于专业医用诊疗设备, 价格昂贵, 设备精度要求高, 而且必须与同品牌的内镜主机和超声主机兼容, 否则无法实现诊疗. 为了满足临床安全高效地进行诊疗, 也避免了医疗资源的浪费. 本项目建议采用单一来源采购方式.</p>	
专业人员签字	<u>毛诚</u>	日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周群	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 常州市第一人民医院电子胃肠镜采购项目	
	供应商名称: 上海远湖贸易有限公司	
专业人员论证意见	考虑到该设备与我院现有设备兼容性较差,且价格较高,为降低采购风险,经与多家供应商沟通,上海远湖贸易有限公司报价最低,且售后服务较好,建议采购人采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	周群	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。