

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姜珂</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>常州市中医医院</u>	
项目信息	项目名称: 常州市肿瘤医院西门子 DSA 球管更换项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>球管更换对器械的操作性能及安全性有很高的要求,对于零配件的安全性而言,非原厂球管在货源,技术专业性及维保人员配备等方面均不能给予保障,只能从原厂购买球管,故建议采用单一来源方式进行采购</p>	
专业人员签字	<u>姜珂</u>	日期 <u>2022</u> 年 <u>11</u> 月 <u>19</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 罗坤
	职称: 教授
	工作单位: 常州大学
项目信息	项目名称: 常州市肿瘤医院西门子 DSA 球管更换项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>该设备属于专业医用检查设备, 价格昂贵, 设备精度高, 其质量主要取决于图像、X线能量、分辨率、对比度和噪声等因素, 任一零部件都可能影响上述指标, 从而影响图像质量、检查效果。第三方零件更换及维修可能造成图像失真, 检查误差甚至错误, 维修时间长甚至配件缺失而无法维修的情况。本项目建议采用单一来源进行采购。</p>
专业人员签字	<p>罗坤</p> <p>日期: 2023年10月1日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王苏建	
	职称:	主任技师	
	工作单位:	常州二院	
项目信息	项目名称:	常州市肿瘤医院西门子 DSA 球管更换项目	
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>该设备属于专业医用检查设备，设备精度要求高，其中球管属于设备重要的零配件，非原厂生产的零配件货源，技术专业性及维保人员配件等方面可能造成不可控的安全隐患，故建议采用单一来源方式进行采购。</p>		
专业人员签字	王苏建	日期	2023年10月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。