

## 奥林巴斯内镜维保服务合同

甲方：常州市第一人民医院

乙方：常州奥晖医疗器械有限公司

甲、乙双方经过共同协商，就甲方所购买的奥林巴斯系列内镜产品及周边仪器设备的维修事宜达成如下协议（以下简称“本合同”）：

一. 乙方为甲方内窥镜中心共96件奥林巴斯系列产品，提供有偿原厂维保服务，维保服务合同设备清单参见：附件1，优惠承诺参见：附件2。附件是本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

二. 本合同总价(含税价)总计人民币贰佰贰拾陆万圆整，(小写：¥2260000.00)

三. 维保期限：2023年11月30日至2024年11月29日。

#### 四. 乙方责任范围：

- 附件中所列的产品，如果在自然损耗以及按照乙方要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，乙方进行无条件维修并免费更换零件；属于甲方故意人为损坏的，将不在本合同维修范围内，甲方需负担因此而发生的维修费用。
- 在零件齐备的情况下，乙方保证24小时之内完成小维修。
- 在零件齐备的情况下，乙方保证12个工作日内完成大维修。
- 乙方应尽可能将零件备齐，保障本合同设备能及时得以维修，常用性零件不应缺货。
- 如果甲方属于本合同附件内所列的设备发生故障需要大维修时，甲方享有优先获得备用品的权利，乙方尽力保证及时向甲方提供备用品。
- 乙方指定工程师赵佳专门负责甲方的内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，乙方另行通知甲方相关变更情况。周一至周五和周六上午，一旦甲方的本合同附件中所列的内镜出现问题，工程师保证在12

小时内提供现场技术支持，并提供每周 24 小时×7 天的电话支持服务（工程师手机号码：15800507401。）

- 乙方指定工程师为甲方提供定期每3个月1次巡检，每6个月1次点检，并提交检查报告给医院备档。
- 乙方为甲方提供每1年1次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指本合同维修范围清单内的周边仪器）。
- 在本合同期内，乙方可根据甲方的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训。
- 乙方不能按期履行本合同项下义务，每逾期一次，应承担2000元违约金；任一60日内连续出现三次及三次以上逾期违约行为的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同标的额5%的违约金，双方按实际服务天数计算服务费，多付款项乙方应予以退还甲方。

#### 五. 付款方式及要求：

公司信息：

- 乙方收款信息如下，如有变更应当提前3日书面告知甲方，否则乙方自行承担不利后果：

公司名称：常州奥晖医疗器械有限公司

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行

账号：89801102012010000006793

本合同付款：

- 合同签订后，甲方支付乙方100%的全部合同款，付款前乙方向甲方提供增值税发票，甲方按医院签票流程走付款程序，具体到账时间以甲方付款流程为准。

#### 六. 甲方责任范围：

- 甲方设备维修范围只适用于本合同附件内所列设备。周边仪器只对附件内

所列之主机，光源，超声主机、内镜清洗消毒机和监视器进行维修。其他与周边仪器相关的不可维修的设备（如电缆线、超声探头、水瓶、键盘、脚踏等）和耗品（如清洗用具、治疗附件、光源灯泡等）不属于维修范围。

- 甲方应爱护本合同附件内所包含之设备，积极做好内镜的日常维护和保养工作，最大程度保持内镜处于良好的工作状态。
- 在任何情况下，甲方均不得将本合同附件内所列的维修设备送至非乙方或非乙方指定厂家进行维修。否则，乙方对经过非乙方或非乙方指定厂家维修的设备进行维修时，将按正常标准向甲方收取维修费用。
- 在任何情况下，甲方均不得自行拆卸本合同附件内所列的维修设备。否则，乙方对甲方自行拆卸的设备进行维修时，将按正常标准向甲方收取维修费用。
- 甲方不得将附件所列维修设备借给其他医院或机构使用，若由此造成的故障，乙方将向甲方收取正常的维修费，而不视为本合同维保范围内费用。
- 甲方如果因为使用劣质或不匹配的非奥林巴斯内镜附件，经乙方书面提出后甲方仍不更换附件所导致的损坏故障，乙方将向甲方收取正常的维修费，而不视为本合同维保范围内费用。
- 甲方应主动积极配合乙方管理设备，降低因为人为原因造成的损坏。
- 甲方未经乙方事先书面同意，不得将本合同当事人的地位以及依本合同产生的任何权利义务转让给第三人或提供担保。
- 甲方应保守乙方的商业秘密，不得向任何第三方泄露任何或全部包括乙方的销售、市场、技术、维修以及任何其它被告知或从另一方取得乙方的信息；无论此信息在本合同中是否标明或界定为机密。同时不得将该信息用于非本合同所述的目的。本条规定的保密期限在本合同期满或终止后继续有效。

七. 服务期限：服务期壹年。

八. 甲乙双方在执行合同时应当依照《中华人民共和国民法典》执行。对于本合同未尽事宜, 甲乙双方友好协商解决。若出现纠纷, 协商不成时, 任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九. 本协议一式陆份, 甲方执肆份, 乙方执壹份, 代理机构执壹份, 每份具有同等法律效力。

十. 本合同应经双方法定代表人或授权代表签字、双方盖章(包括骑缝章)后始生效。

(以下无正文)

甲方(签章): 常州市第一人民医院

法定代表人:

授权代表:

日期:

乙方: 常州市阳峻项目管理有限公司

代理机构(章):

经办人:

乙方(签章): 常州奥晖医疗器械有限公司

法定代表人: 蔡志红

授权代表: 刘文亮

日期: 2023.12.29

(乙方授权代表联系方式: 18118394169)

附件 1:

## 本维保合同标的设备清单

序号	机身编码	设备名称	安装日期	使用科室
1	1210504	BF-UC260FW:超声光纤电子支气管镜	2013/7/12	呼吸科
2	1410605	GF-UCT260:超声电子胃镜	2015/6/20	24 楼消化内镜中心
3	2001979	GIF-Q260J:电子胃镜	2010/9/28	24 楼消化内镜中心
4	2011942	GIF-H260Z:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2010/9/28	24 楼消化内镜中心
5	2012533	JF TYPE 260V:电子十二指肠镜	2010/9/28	24 楼消化内镜中心
6	2015291	CF-Q260AI:电子结肠镜(EVIS LUCERA)	2010/9/28	门诊胃镜室
7	2015294	CF-Q260AI:电子结肠镜(EVIS LUCERA)	2010/9/28	门诊胃镜室
8	2040261	GIF-H260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2010/9/28	门诊胃镜室
9	2100451	LTF TYPE 240:电子胸腔镜	2012/3/27	呼吸科
10	2103110	BF-260 : 电子支气管内窥镜	2012/3/27	呼吸科
11	2115670	CF-Q260AI : 电子结肠镜(EVIS LUCERA)	2012/1/10	门诊胃镜室
12	2135642	GIF-XQ260:电子胃镜	2013/3/1	门诊胃镜室
13	2135645	GIF-XQ260:电子胃镜	2013/3/1	门诊胃镜室
14	2135646	GIF-XQ260:电子胃镜	2013/3/1	门诊胃镜室
15	2151140	GIF-Q260 : 电子胃镜	2012/1/10	门诊胃镜室

16	2200582	SIF-Q260:单气囊电子小肠镜	2013/7/10	24 楼消化内镜中心
17	2200593	SIF-Q260:单气囊电子小肠镜	2013/7/10	24 楼消化内镜中心
18	2202076	BF-1T260 : 电子支气管内窥镜	2012/3/27	呼吸科
19	2202954	GIF-Q260J : 电子胃镜	2012/12/18	24 楼消化内镜中心
20	2210706	PCF TYPE Q260JI:电子结肠镜	2012/12/18	24 楼消化内镜中心
21	2240856	BF TYPE F260:电子支气管内窥镜	2013/7/12	呼吸科
22	2241300	BF TYPE P260F:支气管内窥镜	2013/7/12	呼吸科
23	2304792	CF-H260AI:电子结肠镜(EVISLUCERA)	2013/3/1	门诊胃镜室
24	2304951	CF-H260AI:电子结肠镜(EVISLUCERA)	2013/7/10	门诊胃镜室
25	2304955	CF-H260AI:电子结肠镜(EVISLUCERA)	2013/7/10	24 楼消化内镜中心
26	2313380	JF TYPE 260V:电子十二指肠镜	2013/7/10	24 楼消化内镜中心
27	2344725	GIF-H260:电子胃镜	2013/7/10	门诊胃镜室
28	2344726	GIF-H260:电子胃镜	2013/7/10	门诊胃镜室
29	2344727	GIF-H260:电子胃镜	2013/7/10	门诊胃镜室
30	2344843	GIF-H260:电子胃镜	2013/7/10	门诊胃镜室
31	2400352	BF-1TQ290:电子支气管内窥镜	2015/3/17	呼吸科
32	2400434	BF-Q290:电子支气管内窥镜	2015/3/17	呼吸科

33	2412902	GIF-H290:电子胃镜	2015/4/10	门诊胃镜室
34	2454894	BF TYPE P60:纤维支气管内窥镜	2018/9/4	ICU
35	2454947	BF TYPE P60:纤维支气管内窥镜	2018/9/4	ICU
36	2502040	CF-HQ290I:电子结肠镜	2015/4/10	24 楼消化内镜中心
37	2504269	GIF-Q260J:电子胃镜	2015/4/10	24 楼消化内镜中心
38	2504271	GIF-Q260J:电子胃镜	2015/4/10	24 楼消化内镜中心
39	2512824	GIF-HQ290:电子胃镜	2015/4/10	24 楼消化内镜中心
40	2513974	JF TYPE 260V:电子十二指肠镜	2015/4/10	24 楼消化内镜中心
41	2522334	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2013/3/1	门诊胃镜室
42	2600179	BF-XP290:电子支气管内窥镜	2016/11/1	儿科
43	2600435	BF-P290:电子支气管内窥镜	2016/11/1	儿科
44	2600453	BF-P290:电子支气管内窥镜	2016/11/1	呼吸科
45	2600455	BF-P290:电子支气管内窥镜	2016/11/1	呼吸科
46	2611704	CF-H290I:电子结肠镜	2016/11/8	24 楼消化内镜中心
47	2613461	TJF TYPE 260V:电子十二指肠镜	2016/11/8	24 楼消化内镜中心
48	2622029	PCF-H290I:电子结肠镜	2016/11/8	24 楼消化内镜中心
49	2622943	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2006/6/14	门诊胃镜室
50	2622982	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2006/6/14	门诊胃镜室

51	2622986	CF-HQ290I:电子结肠镜	2016/11/8	门诊胃镜室
52	2624931	GIF-HQ290:电子胃镜	2016/11/8	24楼消化内镜中心
53	2624946	GIF-HQ290:电子胃镜	2016/11/8	24楼消化内镜中心
54	2625595	GIF-H290:电子胃镜	2016/11/8	门诊胃镜室
55	2625600	GIF-H290:电子胃镜	2016/11/8	门诊胃镜室
56	2724029	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2008/4/8	门诊胃镜室
57	2724053	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2008/4/8	门诊胃镜室
58	2821879	CF-HQ290ZI:电子结肠镜	2019/3/18	24楼消化内镜中心
59	2840790	CF-H290L:电子结肠内窥镜	2018/6/5	24楼消化内镜中心
60	2847335	GIF-XP290N:电子上消化道内窥镜	2019/3/18	24楼消化内镜中心
61	2848725	GIF-H290:电子上消化道内窥镜	2018/6/5	门诊胃镜室
62	2848754	GIF-H290:电子上消化道内窥镜	2018/6/5	门诊胃镜室
63	2849101	GIF-H290:电子上消化道内窥镜	2019/3/18	门诊胃镜室
64	2849116	GIF-H290:电子上消化道内窥镜	2019/3/18	门诊胃镜室
65	2854227	CF-HQ290I:电子结肠内窥镜	2018/6/5	门诊胃镜室
66	2857405	GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜	2018/6/5	门诊胃镜室
67	2857438	GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜	2018/6/5	24楼消化内镜中心

68	2857942	GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜	2019/3/18	24 楼消化内镜中心
69	2911392	BF-P290:电子支气管内窥镜	2019/10/11	儿科
70	2914650	CF-Q260AI:电子结肠镜(EVIS LUCERA)	2009/11/12	门诊胃镜室
71	2921011	SIF TYPE Q260:单气囊电子小肠镜	2020/1/24	24 楼消化内镜中心
72	2934700	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2009/7/16	门诊胃镜室
73	2934703	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2009/7/16	门诊胃镜室
74	2934708	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2009/7/16	24 楼消化内镜中心
75	2934855	GIF-XQ260:电子胃镜(EVIS LUCERA)	2009/11/12	门诊胃镜室
76	2935370	GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜	2020/1/24	24 楼消化内镜中心
77	2945012	CF-H290I:电子结肠内窥镜	2020/1/24	门诊胃镜室
78	2945035	CF-H290I:电子结肠内窥镜	2020/1/24	门诊胃镜室
79	2945053	CF-H290I:电子结肠内窥镜	2020/1/24	门诊胃镜室
80	2945055	CF-H290I:电子结肠内窥镜	2020/1/24	门诊胃镜室
81	2945060	CF-H290I:电子结肠内窥镜	2020/1/24	门诊胃镜室
82	2945061	CF-H290I:电子结肠内窥镜	2020/1/24	24 楼消化内镜中心
83	2945063	CF-H290I:电子结肠内窥镜	2020/1/24	24 楼消化内镜中心
84	2960526	GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜	2020/1/24	24 楼消化内镜中心
85	2960535	GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜	2020/1/24	门诊胃镜室

86	2960541	GIF-HQ290:电子胃镜	2020/1/24	24 楼消化内镜中心
87	2960542	GIF-HQ290:电子胃镜	2020/1/24	门诊胃镜室
88	2960547	GIF-HQ290:电子胃镜	2020/1/24	24 楼消化内镜中心
89	2960560	GIF-HQ290:电子胃镜	2020/1/24	门诊胃镜室
90	7413940	CLV-290SL:内窥镜冷光源	2015/4/10	24 楼消化内镜中心
91	7514089	CLV-290SL:内窥镜冷光源	2015/3/17	门诊胃镜室
92	7617013	CLV-290SL:内窥镜冷光源	2016/11/8	门诊胃镜室
93	7617050	CLV-290SL:内窥镜冷光源	2016/11/8	24 楼消化内镜中心
94	7820657	CLV-290SL:内窥镜冷光源	2018/6/5	24 楼消化内镜中心
95	7821151	CLV-290SL:内窥镜冷光源	2019/3/18	门诊胃镜室
96	7925296	CLV-290SL:内窥镜冷光源	2020/1/24	24 楼消化内镜中心

附件 2:

### 优惠承诺-增配清单

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	氙气灯泡	MAJ-1817	个	10
2	吸引按钮	MH-443	个	5
3	送水/送气按钮	MH-438	个	15
4	水瓶	MAJ-901	个	11
5	水瓶	MAJ-902	个	4
6	刻录机	/	台	2



















