



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>钱建东</u>
	职称: <u>副主任技师</u>
	工作单位: <u>常州市麻控中心</u>
项目信息	项目名称: <u>常州市第一人民医院西门子 10 台设备维保项目</u>
	供应商名称: <u>西门子医疗系统有限公司</u>
专业人员 论证意见	<p>本采购项目需维保的设备对图像、X线剂量、空间分辨率、密度分辨率、时间分辨率、对比度、噪声和精度等同素要求非常高,对设备的操作性和安全性有很严格的要求,因此维护维修人员的技术更应具备高精度的要求。西门子医疗系统有限公司为本次采购维保的前维保单位,对该项目具有连续性和了解地,由原厂维保能确保及时解决问起,保证设备高效运行。</p> <p>此次维保设备由西门子公司研发和生产,设备全部零配件也是西门子公司独家生产,西门子医疗系统有限公司作为西门子公司在中国区的分支机构,负责西门子医疗设备在该区域的市场和售后服务。在设备维护维修过程中,如遇到及更换零配件,由西门子医疗系统有限公司提供维保服务,才能确保使用原厂零配件的唯一性。</p> <p>综上所述,本次采购建议采用单一来源采购方式,与西门子医疗系统有限公司进行谈判采购。</p>
专业人员 签字	<p><u>钱建东</u></p> <p>日期 <u>2024</u> 年 <u>2</u> 月 <u>22</u> 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 
	职称: 工程师
	工作单位: 常州市第二人民医院
项目信息	项目名称: 常州市第一人民医院西门子 10 台设备维保项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员 论证意见	<p>本项目需维护的10台设备,均由西门子研发和生产,根据医疗器械注册管理办法相关规定,西门子医疗系统有限公司具有提供本次设备原厂配件的唯一性.另外,需维护的设备对图像、X线能量、分辨率、对比度等因素要求较高,需要专业人员进行维护,西门子医疗系统有限公司作为前维护单位,对设备情况较为熟悉和了解,能保证设备的高效运行.综上所述,该项目符合政府采购单一来源采购款.</p>
专业人员 签字	
	日期 2024 年 2 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>胡准英</u>	
	职称: <u>副主任护师</u>	
	工作单位: <u>武进人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>常州市第一人民医院西门子 10 台设备维保项目</u>	
	供应商名称: <u>西门子医疗系统有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>本次需维保的设备对图像、射线能量、空间分辨率、密度分辨率、时间分辨率、对比度、噪声和精度等因素要求非常高,对设备操作性和安全性有严格的要求,因此维修人员的技术及维修工具也有着特别高的要求。西门子医疗系统有限公司作为本次购买维保合同的前维保单位对该项维保工作具有熟练性与解性,由原厂维保能确保及时解决,保证设备的高效运行,从而保障患者安全。</p> <p>此次维保的设备由西门子公司研发和生产,设备全部零配件也是由西门子公司独家生产,西门子医疗系统有限公司作为西门子医疗在中国的分支机构,负责西门子医疗设备在该区域内的销售和售后服务,在设备使用和维修过程中,必然涉及更换零配件,很多备机是整机的重要结构和组成,与整机一同注册,西门子医疗系统有限公司具有提供原厂配件的唯一性。</p>	
专业人员 签字	<u>胡准英</u>	日期 <u>2024 年 2 月 22 日</u>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。