

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陆宗兵
	职称: 主任技师
	工作单位: 孝义市疾控中心
项目信息	项目名称: 飞利浦 MX500 监护仪模块采购
	供应商名称: 江苏德致医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>新采购的模块,若为其他品牌或非原厂的模块,有可能与现有飞利浦监护仪系统无法无缝对接,导致了故障,数据误差,影响医疗服务的稳定性和安全。</p> <p>建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>陆宗兵</p> <p>日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张仁志
	职称: 主任医师
	工作单位: 钟楼CDC.
项目信息	项目名称: 飞利浦 MX500 监护仪模块采购
	供应商名称: 江苏德致医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>飞利浦 MX500 监护仪模块是一个整体医疗的设备体系。新购的模块必须与现有监护仪主机兼容, 确保设备的稳定运行和数据无缝衔接。</p> <p>为保障现有监护仪系统无缝运行, 保持操作界面和数据格式等方面的一致性, 提高医疗质量, 同时考虑设备的兼容性, 建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>张仁志</p> <p>日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 仇 其
	职称: 主管药师
	工作单位: 常州三院(退休)
项目信息	项目名称: 飞利浦 MX500 监护仪模块采购
	供应商名称: 江苏德致医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该院飞利浦 MX500 监护仪系统是一个整体集成的医疗设备系统, 新采的模块必须与现有监护仪系统主机完全兼容, 以确保设备的稳定运行和数据的准确传输。</p> <p>为保障现有监护仪系统正常运行, 保持系统在操作界面、数据格式、软件升级等方面的一致性, 提高医疗服务质量, 保障患者安全, 同时考虑到设备的兼容性、技术支持及售后服务等, 建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	仇 其 日期 年 月 日